



From
the People of Japan



Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului: Eficiența energetică în procesul de producție: modernizarea echipamentelor vechi în stomatologia copiilor.

Denumirea	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
Autoclavă pentru sterilizarea instrumentelor stomatologice	buc	1	Parametri generali: <ul style="list-style-type: none"> – Clasa de sterilizare: minim B – Volum cameră: 15-20 litri – Câțeva cicluri de sterilizare – Durata ciclului de sterilizare: maxim 45 min – Temperatura de sterilizare: 125-130 °C – Putere: maxim: 2,5 kW – Alimentare: 220V/50Hz
Unit dentar	buc	1	Parametri generali: <ul style="list-style-type: none"> – Unit dentar cu poziționarea instrumentelor de sus – Fotoliu cu spătar lat – Tetieră – Pedala comanda fotoliu – Elementul medicului cu fixare pneumatica și minim 4 poziții – Elementul asistentei articulată cu minim 3 poziții – Scuiptoare detașabilă mecanică – Sistem de aspirație – Sistem de apă distilată – Far de tip LED – Pedală multifuncțională – Scaunul medicului (opțional) – Scaunul asistentei (opțional)
Cerințe față de termenul de garanție			– Garanție: minim 12 luni
Cerințe față de livrare			<ul style="list-style-type: none"> – Termen de livrare maxim 60 zile; – Locul livrării: mun. Cahul – Montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor inclusă în preț
Cerințe post-garanție			<ul style="list-style-type: none"> – Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului). – În caz de defecțiune să asigure reparația bunului defectat în termen de 15 zile lucrătoare și înlocuirea bunului defectat cu un alt bun funcțional pe perioada înlăturării defecțiunilor.
Conformitatea cu standarde de conformitate			– CE – Ecologic Clean
Certificat de origine			– De la producător
Termenul de valabilitate a ofertei:			– 60 zile